

BESCHEINIGUNG

Antragsteller: ADEBO Medical GmbH
Olivaer Platz 3
D-10707 Berlin

Produkt: ADEBO medical, Viawant Nitrile Pro,
Untersuchungshandschuhe NITRIL, PUDERFREI, Größe: S 6-7

DEKRA Automobil GmbH Labor für Produkt- und Umweltanalytik bescheinigt, dass das geprüfte Muster folgenden Anforderungen entspricht:

Sensorische Prüfung gemäß Artikel 3 (1c) Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Prüfbedingungen: Wasser, 10 min, 40°C

Gesamtmigration gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk) Kategorie 3

Zinkgehalt der Fertigerzeugnisse sowie Bleiverunreinigungen der Kategorien 1, 2 und 3 Gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk)

Formaldehyd gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk) nach der Untersuchungsvorschrift (Ostromow, H., Hofmann, W., 1978. Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Gummi)

Spezifische Migration von migrierbaren N-Nitrosaminen gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk)

Phthalate gemäß REACH Verordnung 1907/2006 Anhang XVII

Der gemessene Gehalt an wasserlöslichen Latexproteinen liegt unterhalb dem vom BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) empfohlenen Wert von 200 µg/g.

Prüfbericht: 55251912-1

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im DEKRA Prüfbericht 55251912-1 angegebenen Prüfbedingungen. Die Prüfungen wurden an einem Muster durchgeführt, das vom Hersteller zugeschickt wurde. Die Bescheinigung beinhaltet keine Beurteilung der Herstellerproduktion.

Stuttgart, 2015/12/02

DEKRA Automobil GmbH

